

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИСКАТЕЛЪ-2»



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ С-АКЗ/29-01-2024/ **3 1 2 7 5 3 6 3 3**

Действительно до 28 января 2025 г.

Средство измерений

Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,05

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений
наименование, тип, модификация средства измерений
72189-18

заводской (серийный) номер:

90053612

в составе

номер знака предыдущей поверки

поверено в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

наименование единицы величины, диапазон измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с ГОСТ 8.113-85

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 3.2.АКЗ.0085.2019 3.2.АКЗ.0093.2019 3.2.АКЗ.0138.2019

3.2.АКЗ.0155.2019

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значимых влияющих факторов:

Температура +22°C,
перемена влияющих факторов

атмосферное давление 741 мм рт.ст. относительная влажность 56%

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов периодической (нерывной) поверки признано

неуязвимое зачеркнуто

пригодным к применению.

Знак поверки:



Идентификационный номер и (или) наименование поверяемого средства измерений в ФИФ ОЕИ

3 1 2 7 5 3 6 3 3

Главный метролог
должность руководителя подразделения

подпись

Ирина Ивановна /
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

подпись

Юрий Самсонович /
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки 29 января 2024 г.

серия С-АКЗ-Ф №0000339



www.iskateL2.ru e-mail: zakaz@iskateL2.ru +7 (495) 308-22-82